





表2

单一来源采购单位内部会商意见表（二）

中央预算单位	中国科学院电工研究所
采购项目名称	宽频介电谱阻抗仪
采购项目预算（万元）	155
拟采用采购方式	单一来源采购
<p>单位内部会商意见</p> <p>申请采购的宽频介电谱阻抗仪可以测量样品样段在特殊环境条件下连续脉冲大电流放电过程中的绝缘电阻、介电常数和介质损耗角等参数的变化，进而可以全面掌握宽频率范围内样品样段的电气特性，评估其状态及使用寿命。该仪器需任务书指标如下：</p> <p>(1) 频率范围：3 μ Hz~20MHz；</p> <p>(2) 控温：-60$^{\circ}$C~350$^{\circ}$C，</p> <p>(3) 控温精度：\pm0.05$^{\circ}$C</p> <p>目前能够提供该设备的仪器设备厂家仅有1家。</p> <p>专家组论证认为，只能采用单一来源方式进行采购。在听取了项目组的汇报，经单位内部会商，同意申请以单一来源方式采购进口产品。</p>	
政府采购归口管理部门负责人签字	
财务部门负责人签字	
科研管理部门负责人签字	
使用部门负责人签字	

说明：1.对采购限额以上公开招标数额标准以下，需要直接采用单一来源采购方式的采购项目，需在采购前填写此表。

2.此表除相关部门负责人签字外，其他内容均用计算机打印。