

表 2

## 单一来源采购单位内部会商意见表（二）

中央预算单位	中国科学院电工研究所
采购项目名称	大气电场仪
采购项目预算（万元）	98
拟采用采购方式	单一来源采购
<p>单位内部会商意见</p> <p>《雷电电磁脉冲探测预警系统采购》项目合同中要求的大气电场仪品牌为“中科飞龙”、型号为“LP-W01A”。该大气电场仪采用非接触式测量方式监测外界环境的电场变化，主要技术指标：静电场测量量程-150kV/m~150kV/m、静电场测量分辨力 2.5V/m、静电场测量误差≤2.25%。</p> <p>经单一来源采购专家组论证，满足项目要求的大气电场仪国内生产制造厂商只有南昌中科飞龙传感技术有限责任公司一家，专家组建议采用单一来源方式进行采购。</p> <p>经单位内部会商，同意以单一来源方式采购。</p>	
政府采购归口管理部门负责人签字	程海霖
财务部门负责人签字	刘明
科研管理部门负责人签字	孙鸿雁
使用部门负责人签字	马启明

说明：1.对采购限额以上公开招标数额标准以下，需要直接采用单一来源采购方式的采购项目，需在采购前填写此表。

2.此表除相关部门负责人签字外，其他内容均用计算机打印。